

Especificación

Medio para detección aislamiento y recuento de hongos, especialmente de levaduras y mohos procedentes de muestras de aire y agua.

Presentación

10 Frascos
Botellas 250 ml
con: 200 ± 5 ml

Encajado
1 caja con 10 botellas 250 ml. Tapón metálico - no pinchable.

Caducidad	Almacenamiento
18 meses	8-25°C

Composición

Composición (g/l):

Extracto de malta.....	30,00
Peptona de soja.....	3,00
Cloranfenicol.....	0,10
Agar.....	15,00

Descripción/Técnica

Descripción:

El Agar Extracto de Malta soporta bien el crecimiento de la mayoría de los hongos por su equilibrada composición, su elevada acidez, y la adición de cloranfenicol restringe el crecimiento bacteriano.

Técnica:

Fundir el frasco en microondas o al baño maría a 100°C.

Dispensar asépticamente en tubos o placas y dejar solidificar

Recoger, diluir y preparar las muestras y los volúmenes adecuados según las normativas, y / o directivas oficiales.

Sembrar la superficie de la placa por aislamiento en estria, banco de dilución o método en espiral según la muestra o metodología a seguir.

Incubar las placas, en condiciones aeróbicas a 25-30 °C durante 48 horas hasta 5 días. Según muestra, normativa, metodología, puede variarse los tiempos y temperaturas de incubación.

Proceder al recuento de colonias y considerar las diluciones realizadas para calcular la carga microbiana en la muestra analizada.

Control de Calidad

Control Físico/Químico

Color : Amarillo marronoso pH: 5,5 ± 0,2 a 25°C

Control de Fertilidad

Inocular: rango práctico 100 ± 20 UFC; Min. 50 UFC (Productividad) / 10⁴-10⁶ (Selectividad)

Aerobiosis. Incubación a 25-30°C, lectura a las 48-72 horas hasta 5 días.

Microorganismo

Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404, WDCM 00053
Candida albicans ATCC® 10231, WDCM 00054
S. cerevisiae ATCC® 9763, WDCM 00058
Staphylococcus aureus ATCC® 6538, WDCM 00032
Escherichia coli ATCC® 8739, WDCM 00012

Desarrollo

Bueno (≥70%)
Bueno (≥70%)
Bueno (≥70%)
Inhibido
Inhibido

Control de Esterilidad

Incubación 48 horas a 30-35°C v 48 horas a 20-25°C: SIN CRECIMIENTO

Verificación a 7 días tras incubación en las mismas condiciones

Bibliografía

- ATLAS, R.M., L.C. PARKS (1993) Handbook of Microbiological Media. CRC Press, Inc. London.
- BALLOWS, HAUSLER, HERMAN, ISENBERG & SHADOMY (eds.) (1991) Manual of Clinical Microbiology. ASM. Washington.
- DOWNES, F.P. & K. ITO (2001) Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. 4th ed. APHA. Washington.
- FDA (Food and Drug Administrations) (1978) Bacteriological Analytical Manual A.O.A.C. Washington.
- ISO 11133:2014/ Adm 1:2018. Microbiology of food, animal feed and water. Preparation, production, storage and performance testing of culture media.
- ISO 16212 Standard (2017) Cosmetics - Microbiology - Enumeration of yeast and mould.
- ISO 16000-17:2008 Indoor Air - Detection and enumeration of moulds - Culture Based method.
- RAPP, M (1974) Indikator-Zusätze zur Keimdifferentenzierung auf wärze und Malzextrakt Agar. Milchwiss. 29:341-34.
- REIS, J. (1972) Ein selektives kulturmedium für der Nachweiss von *Aspergillus flavus*. Zbl. Bakt. Hyg. I. Abt. Orig. 220:564-566.